

## FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: AGUA DESMINERALIZADA

LOTE No.: CHS-2007-16

<b>DETERMINACIONES</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>
Color	Pasa prueba	Incoloro
Olor	Pasa prueba	Sin olor
Acidez y Alcalinidad	Pasa Prueba	Correspondiente a pH
Cloruros	Pasa Prueba	Libre de cloro
Sulfatos	Pasa Prueba	No Turbidez
Amoniaco	Pasa Prueba	Menor 0.3 ppm
Sílice	Pasa Prueba	1.0 – 5.0 ppm
Coliformes	Pasa Prueba	Negativo
pH	Pasa prueba	7-9
Dureza	Pasa prueba	50 ppm

**ESTOS DATOS SON COPIA FIEL DE LOS PROPORCIONADOS POR NUESTRO FABRICANTE**